

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Планы расположения технологического оборудования	
3	Планы расположения технологического оборудования с подводками	

Технологическая часть проекта выполнена на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с действующими нормативными документами:

- СН 3.02.02-2019 "Общественные здания".
- СН 2.02.05-2020 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
- Постановление МЗ РБ N2 от 06.01.2017 "Санитарные нормы и правила Требования безопасности при осуществлении работ с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами, к организации и проведению их учета, хранения, передачи и транспортировки".

Класс функциональной пожарной опасности здания ~~Ф1.3.~~ Ф3.4


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
<u>ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ</u>		
01/12-2021-01-ТХ.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	7 листов


Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

						01/12-2021-01-ТХ			
						Реконструкция изолированного помещения под медицинский центр по улице Дубровенка Левая, 32-33 в г. Могилёве с благоустройством территории			
ИЗМ.	КОЛ. УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ	
ГИП		Президентова			02.22	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	С	1	3
Выполнил		Филатова		<i>Филатова</i>	02.22		ОБЩИЕ ДАННЫЕ	ОДО "Талеон-М"	
Н.контр.		Филатова		<i>Филатова</i>	02.22				

План первого этажа



План второго этажа



Экспликация помещений






№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.
№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.	№ п.п.
1	Тамбур	4,2	14	Гардеробная персонала	3,9		
2	Коридор	41,6	15	Санузел для персонала	1,9		
3	Комната приема пищи	6,4	16	Комната хранения и подготовки реактивов	12,5	<2000МДж	
4	Лаборатория сдачи биоматериала	12,4	17	Кабинет регистрации и предобработки биоматериала	7,7		
5	Санузел для персонала	1,7	18	Тамбур -шлиз	2,2		
6	Санузел для посетителей	3,3	19	Тамбур -шлиз	1,8		
7	Кабинет косметолога	15,0	20	Кабинет исследования ПЦР (зона А)	7,4		
8	Кабинет врачебного приема (уролог, гинеколог, УЗИ)	21,8	21	Кабинет исследования ПЦР (зона В)	8,5		
9	Гардеробная персонала	6,6	22	Лаборатория биохимическая	21,3		
10	Кабинет косметолога	21,3	23	Автоклава	9,5		
11	Комната уборочного инвентаря	2,4	<2000МДж	24	Маячная	9,3	
12	Коридор	31,4	25	Санузел	2,3	д	
13	Гематологический отдел	9,9	26	Комната уборочного инвентаря	3,4	<2000МДж	

1. Спецификацию оборудования см. 01/12-2021-01-ТХ.С

01/12-2021-01-ТХ							
Реконструкция изолированного помещения под медицинский центр по улице Дубровенка Левая, 32-33 в г. Могилёве с благоустройством территории							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
ГИП	Президентова				02.22		
Выполнил	Филатова				02.22		
Н.контр.	Филатова				02.22		
					Стадия	Лист	Листов
					С	2	
					Планы расположения технологического оборудования на этажах		
					ОДО "Талеон-М"		

План первого этажа

План второго этажа



Экспликация помещений

Согласовано	Гл. спец. ОВ	Гл. спец. ЭО	Гл. спец. ВК	№ п/п	Наименование	Площадь	Кат.	№ п/п	Наименование	Площадь	Кат.
				1	Тамбур	4,2		14	Гардеробная персонала	3,9	
				2	Коридор	4,16		15	Санузел для персонала	1,9	
				3	Комната приема пищи	6,4		16	Комната хранения и подготовки реактивов	12,5	
				4	Лаборатория сдачи биоматериала	12,4		17	Кабинет регистрации и предобработки биоматериала	7,7	
				5	Санузел для персонала	1,7		18	Тамбур - шлюз	2,2	
				6	Санузел для посетителей	3,3		19	Тамбур - шлюз	1,8	
				7	Кабинет косметолога	15,0		20	Кабинет исследования ПЦР (зона А)	7,4	
				8	Кабинет врачебного приема (уролог, гинеколог, УЗИ)	21,8		21	Кабинет исследования ПЦР (зона В)	8,5	
				9	Гардеробная персонала	6,6		22	Лаборатория биохимическая	21,3	
				10	Кабинет косметолога	21,3		23	Автоклава	9,5	
				11	Комната уборочного инвентаря	2,4		24	Маячная	9,3	
				12	Коридор	31,4		25	Санузел	2,3	
				13	Гематологический отдел	9,9		26	Комната уборочного инвентаря	3,4	

1. Спецификацию оборудования см. 01/12-2021-01-ТХ.С

01/12-2021-01-ТХ					
Реконструкция изолированного помещения под медицинский центр по улице Дубровенка Левая, 32-33 в г. Могилёве с благоустройством территории					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Президентова			02.22
Выполнил		Филатова			02.22
Н.контр.		Филатова			02.22
Планы расположения технологического оборудования на этажах					
Стадия					
Лист					
Листов					
С Э					
ОДО "Талеон-М"					

Позиц.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования изделия, материала.	Завод-изготовитель	Един. измерения	Количество	Масса един. кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бокс для стерильных работ; 1250x600x590; Э1Ф; 220В; N=0,135 кВт.	UVT-S-FR SIA "BioSan"			шт.	3	68,5	
2	Высокоскоростная мини-центрифуга 240x200x125; Э1Ф; 220В; N=0,11 кВт.	FVL-2400N SIA "BioSan"			шт.	2	3,5	
3	Мини центрифуга-вортекс 120x120x170; Э1Ф; 220В; N=10 Вт	FVL-2400N SIA "BioSan"			шт.	2		
4	Автоматическая станция экстракции и очистки нуклеиновых кислот; 835x620x480; Э1Ф; 220В; N=2,5 А	типа Maelstrom 4800			шт.	1		
5	Термошейкер для микропробирок 205x230x130; Э1Ф; 220В; N=0,2 кВт.	типа TS-100 + SC-24N			шт.	1		
6	Аспиратор с колбой ловушкой 160x210x100; Э1Ф; 220В; N=15 мА	типа FTA-1			шт.	1		
7	Амплификатор 410x386x352; Э1Ф; 220В; N=0,6 кВт.	типа QuantGene 9600			шт.	1		
7а	Персональный компьютер (соответствующий требованиям ПО амплификатора); Э1Ф; 220В; 2 евророзетки по 0,15 кВт.				шт.	1		
7б	Источник бесперебойного питания Э1Ф; 220В; 1600 Вт.				шт.	1		
8	Шкаф холодильный без морозильника; Э1Ф; 220В; N=0,3 кВт.	АТЛАНТ X 1602-100			шт.	3		
9	Шкаф морозильный 1500x600x630; Э1Ф; 220В; N=0,7 кВт.	АТЛАНТ М-7184-003			шт.	21		
10	Анализатор биохимический с ISE модулем 1450x1205x760; Э1Ф; 220В; N=3,5 кВА; расход воды 20 л/час	типа AU480			шт.	1		
11	Системы для фильтрации и очистки воды с принадлежностями и расходными материалами Э1Ф; 220В; N=0,25 кВт.	типа AFS 15E Франция			шт.	1		
12	Анализатор автоматический иммунохемилюминисцентный	типа AccessR 2			шт.	1	91	

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

						01/12-2021-01-ТХ.С		
						Реконструкция изолированного помещения под медицинский центр по улице Дубровенка Левая, 32-33 в г. Могилёве с благоустройством территории		
ИЗМ.	КОЛ. УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
						С	1	7
Выполнил	Филатова	Феев		02.22		Спецификация оборудования, изделий и материалов		
Н.контр.	Филатова	Феев		02.22				

ОДО "Талеон-М"

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Един. измерения	Количество	Масса един., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	с принадлежностями; 990x610x470; 31Ф; 220В; N=1,2 кВт.	Immunoassay System						
13	Анализатор гемастаза 566x490x490; 31Ф; 220В; N=0,75 кВт.	типа Sysmex CA-660			шт.	1	42	
14	Автоматический гематологический 6-diff анализатор с автоматической пробододачей, которая обеспечивает полный гематологический анализ. Производительность 60 тестов в час. 450x660x450; 31Ф; 220В; 3 евророзетки	типа Sysmex XN-550			шт.	1	53	
15	Анализатор автоматический для определения СОЭ с принадлежностями; 240x380x450; 31Ф; 220В; N=120 ВА	типа ROLLER 20PN			шт.	1	16	
16	Анализатор физико-химических свойств мочи 638x829x709; 31Ф; 220В; 2 евророзетки	типа UC-3500			шт.	1	75	
17	Анализатор осадка мочи 760x754x855; 31Ф; 220В; N=0,15кВт. 2 евророзетки	Япония типа UF-4000			шт.	1	90	
18	Микроскоп бинокулярный 360x220x395; 31Ф; 220В тип подсветки - галогенный	типа BA210E Binocular			шт.	1	7,2	
19	Микроскоп бинокулярный 320x200x380; 31Ф; 220В встроенное питание	типа Panthera Binocular			шт.	1		
20	Ридер и аллергопанели для проведения аллергологического тестирования, сканирующая система	типа BLOTrixReader C1			шт.	1		
21	Стол лабораторный однотумбовый 1200x600x800	типа СЛ			шт.	13		
22	Термостат воздушный 600x600x1500; объем камеры 180 л; 31Ф; 220В; 0,25кВт;	типа ХТ-3/70			шт.	1		
23	Шкаф для приборов, реактивов и лабораторной посуды 800x480x1850	типа ШЛП			шт.	2		
24	Шкаф для приборов, реактивов и лабораторной посуды 1000x480x1850	типа ШЛП			шт.	1		
25	Стул лабораторный с опорой для ног 650x650x1270	Торговая сеть			шт.	7		
26	Стол лабораторный двухтумбовый 1400x600x800	типа СЛ			шт.	4		

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	И док	Подпись	Дата

01/12-2021-01-ТХ.С

Лист

2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Един. измерения	Количество	Масса един., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Стол лабораторный однотумбовый 900x600x800	типа СЛ			шт.	3		
28	Стол производственный 1000x600x860	типа СТн-1000/600			шт.	7		
29	Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический 570x740x1070; ЭЗФ; 380В; 6,0 кВт	типа ВК-75			шт.	1		
30	Ванна моечная двойная 1095x455+100x860	типа ВМЦн-400/2			шт.	1		
31	Аквадистиллятор Д-390; ЭЗФ; 380В; 17,0 кВт с полкой навесной 1200x400 в компл.	ДЭ-25			шт.	1		
	со сборником дистиллированной воды на 10л (45кг)				шт.	1		
32	Электроводонагреватель V=80л; Э1Ф; 220В; N=1,6 кВт.	TI Tronic80V "Ariston"			шт.	1		
33	Рециркулятор воздуха бактерицидный Э1Ф; 220В; 0,14 кВт.	типа RCS-105			шт.	11		
34	Стеллаж 1200x400x1600; 4 полки	типа СН-1200/400			шт.	5		
35	Шкаф материальный 800x500x1850	Торговая сеть			шт.	1		
36	Кресло гинекологическое с регулируемым углом наклона сиденья 24В; 0,2кВт; в комплекте:	Белмедтехника			компл.	1		
-	гинекологическая емкость на поворотном держателе;				шт.	1		
-	подушка-подголовник;				шт.	1		
-	пара ногодержателей с радиальными зажимами;				шт.	1		
-	упорные ручки для пациента;				шт.	2		
-	педальный блок управления;				шт.	1		
-	подставка-ступенька				шт.	1		
37	Кольпоскоп	Белмедтехника			шт.	1		
38	Кресло урологическое с регулируемым углом наклона сиденья 220В; 0,2кВт; в комплекте:				компл.	1		
-	гинекологическая емкость на поворотном держателе;				шт.	1		
-	подушка-подголовник;				шт.	1		
-	пара ногодержателей с радиальными зажимами;				шт.	1		
-	упорные ручки для пациента;				шт.	2		

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	Н док	Подпись	Дата

01/12-2021-01-ТХ.С

Лист

3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Един. измерения	Количество	Масса един., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	педальный блок управления;				шт.	1		
-	подставка-ступенька				шт.	1		
39	Стойка урологическая в комплекте:				компл.	1		
-	Аппарат ультразвуковой с датчиками для надлобкового и трансректального исследования предстательной железы с направляющими для прицельной биопсии;				шт.	1		
-	Видеосистема (экран, видеокамера) для цистоскопических и эндоскопических операций;				шт.	1		
-	Система для пункционной Абиопсии предстательной железы автоматическая;				шт.	1		
-	Урофлоуриметр;				шт.	1		
-	Цистоскоп операционный;				шт.	1		
-	Цистоскоп смотровой;				шт.	1		
-	Щипцы для биопсии;				шт.	1		
-	Электрокоагулятор;				шт.	1		
40	Ультразвуковой портативный сканер с цветным доплером в комплекте с многочастотными датчиками электронного сканирования, биопсийными насадками и передвижной подставкой Э1Ф; 220В; N=0,12квт				шт.	1		
41	Столик для портативных физиотерапевтических аппаратов 660x350x650				шт.	1		
42	Кушетка для функциональной диагностики 2000x650x500	Белмедтехника			шт.	2		
43	Светильник медицинский операционный передвижной Э1Ф;220В; N=0,3квт	типа "LEDiED-7"			шт.	1		
44	Компьютер персональный /системный блок, монитор, мышь, клавиатура/ Э1Ф;220В; 3 роз. по 0,15квт	Торговая сеть			шт.	4		
45	Столик передвижной для инструментов 730x450x800	типа "СМ-К-02"			шт.	2		

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	Н док	Подпись	Дата

01/12-2021-01-ТХ.С

Лист

4

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Един. измерения	Количество	Масса един., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Шкаф медицинский 450x440x1650	типа ШМ-1			шт.	41		
47	Шкаф медицинский 1010x485x1650	типа ШМ-2			шт.	3		
48	Умывальник хирургический 650x590x180	типа УМХ			шт.	4		
49	Ведро педальное	Торговая сеть			шт.	4		
50	Столик компьютерный 1350x950x750	Торговая сеть			шт.	3		
51	Столик под медицинскую аппаратуру 836x640x1110	типа ФТА-1П			шт.	4		
52	Аппарат омоложения 380x38x282 Э1Ф; 220В; N=20А	типа GENEО+			шт.	2		
53	Аппарат фотомоложения радиоволнового лифтинга 460x420x250; Э1Ф; 220В; N=1,0 кВт.	типа Reaction			шт.	1	6,0	
54	Аппарат лазерной эпиляции 400x460x600; 220В; N=1,0 кВт.	типа IPL SHR			шт.	1	52,0	
55	Кресло-кушетка косметологическая; Э1Ф;220В;N=0,5кВт 2030x620x(550-960)	типа SPL Gharieni			шт.	2		
56	Комбайн косметологический; Э1Ф;220В;N=1,5 кВт	типа Server Professional			шт.	2		
57	Лампа-лупа Э1Ф;220В; 0,15кВт	типа CIRCUS			шт.	2		
58	Аппарат для фотолечения 320x510x300; 220В; N=2,2 кВт.	типа IPL Soft light w skin			шт.	1		
59	Стул рабочий с настраиваемой высотой сиденья и спинки	Торговая сеть			шт.	2		
60	Стеллаж передвижной с полками 400x400x700	Торговая сеть			шт.	2		
61	Стул медицинский полумягкий 490x400x760	Белмедтехника			шт.	10		
62	Массажная кушетка для проведения спа-процедур Э1Ф; 220В; N=1,0 кВт.	Торговая сеть			шт.	2		
63	Стол для взятия проб крови 1200x600x780				шт.	1		
64	Ширма медицинская	Белмедтехника			шт.	1		
65	Стол-стойка 2000x550x850	инд. изгот.			шт.	1		
66	Многофункциональное устройство Ф4; Э1Ф;220В; N=1,22 кВт. 2 евросетки	Торговая сеть			шт.	1		
67	Стул рабочий поворотный	Торговая сеть			шт.	1		
68	Диван для отдыха 3-х местный	Торговая сеть			шт.	2		

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	Н док	Подпись	Дата

01/12-2021-01-ТХ.С

Лист

5

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Един. измерения	Количество	Масса един., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Печь микроволновая; Э1Ф; 220В; 50Гц, N=1,4 квт.	Торговая сеть			шт.	1		
70	Ванна моечная бытовая	Торговая сеть			шт.	1		
71	Аппарат для приготовления горячих напитков, объем бл; 48 чашек; Н=485 мм; D=220 мм; Э1Ф;220В; N=1,15 квт.	типа PRO 40T Bartscher, Германия			шт.	1		
72	Стол производственный 1300х600х850	Торговая сеть			шт.	1		
73	Комплект обеденный 4-х местный	Торговая сеть			шт.	1		
74	Шкаф-купе для верхней одежды	инд. изгот.			шт.	2		
75	Шкаф-купе для спецодежды	инд. изгот.			шт.	2		
76	Шкаф для уборочного инвентаря 800х500х1750	Торговая сеть			шт.	2		
77	Сушилка для ветоши настенная	Торговая сеть			шт.	2		
78	Вешалка на 3 крючка	Торговая сеть			шт.	2		
79	Шкаф холодильный; 0...+7 <sup>0</sup> С; 1400л, 1600х755х2100; ЭЗФ; 380В; N=0,7 квт.	типа Днепр 1,4 РБ			шт.	1		
80	Стол лабораторный однотумбовый 1000х600х800	типа СЛ			шт.	2		
81	Стол лабораторный 600х600х800	типа СЛ			шт.	2		
82	Стол-приставка 300х600х800	Торговая сеть			шт.	1		
83	Холодильник с морозильной камерой; 545х600х1615 Э1Ф; 220В; N=0,3 квт.	АТЛАНТ ХМ 4210-000			шт.	3		
84	Стол для бокса 1290х600х770	4-Т2			шт.	3		
85	Центрифуга медицинская лабораторная 470х400х235; Э1Ф; 220В; N=0,12 квт.	LMC-3000+ротор R-12/10 SIA "BioSan"			шт.	1	13,5	
86	Поручень откидной (в комплекте с креплением) L-900 Д-40				шт	1		
87	Поручень настенный для санузла (нерж ), L-1,2м в компл. с креплением;Д-40мм,Н-не более 750мм; поручень удален от стены на 40-50мм				шт	2		
88	Поручень настенный для санузла (нерж ), L-0,6м в компл. с креплением;Д-40мм,Н-не более 750мм;				шт	1		

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	И док	Подпись	Дата

01/12-2021-01-ТХ.С

Лист

6

